

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 143/17 ЈНМВ
Деловодни број: ДНЈН -1 613/2017/1
Датум: 09.08.2018. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „**Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе, израда пројекта мера радијационе сигурности и безбедности**“, број 143/17 ЈНМВ

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), поступајући по захтеву заинтересованог лица, прослеђујемо одговоре на питања за конкурсну документацију у поступку јавне набавке „**Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе, израда пројекта мера радијационе сигурности и безбедности**“, број 143/17 ЈНМВ

Питање бр. 1.:

Под ставком 3, у обрасцу понеду наведена је услуга "Израда пројекта радијационе сигурности и безбедности". За потребе давања понуде, молимо Вас да прецизирате:

- Врсту пројекта радијационе сигурности и безбедности (инсталција и пробни рад/корисцење)
- Број и врсту извора зрачења који ће бити обухваћени пројектим.

Одговор:

Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности треба да обухвата оквирно 40-45 рендген уређаја.
Врста пројекта мера је "за коришћење рендген уређаја" на аеродрому Никола Тесла Београд.

Председник комисије
Ненад Вићентић

