

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 54/17 ЈНМВ
Деловодни број: ДНЈН-663/2017/2
Датум: 07.08.2017
Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Одржавање детектора трагова експлозива“ број 54/17 ЈНМВ

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „Одржавање детектора трагова експлозива“ број 54/17 ЈНМВ

ПИТАЊЕ 1:

Поштовани,

Молимо за појашњење обрасца структуре цене (Образац 9.):

1. Резервни делови система које ће по потреби мењати понуђач и њихова замена:
*Да ли се подразумева да у рубрику за цену буде наведена цена за сам део или цена и дела који се мења и укупно сервисних сати за које у том случају сада треба да проценимо оквирно време. Ставке захтевају различити број сервисних сати И овим је неопходно да понуђач унапред процени време за сваку појединачну ставку што генерално није пракса.

ОДГОВОР 1:

Наручилац је испод табеле "Елементи структуре цене" у рубрици напомена јасно прописао како је потребно уписати тражене цене тј. шта је урачунато у њих. Понуђач (на бази свог искуства) треба да унапред процени време за сваку појединачну ставку.

ПИТАЊЕ 2:

*Додатно код ставки 2.3 , 2.8, 2.11 и 2.12 нису количине 1 (један) – већ редом 3, 6, 4 и 2. Зашто је за ценовник ових резервних делова стављена друга количина од један с обзиром да се ценовник даје по ставки.

ОДГОВОР 2:

Наручилац је у табели "Елементи структуре цене" предвидео рубрику "јединична цена по ставци". У табели су дате количине које се очекују да ће можда бити замењене на годишњем нивоу, а у следећој колони где се тражи „укупна цена“, потребно је да Понуђач помножи јединичне цене са ставком количина, која је наведена у обрасцу.

ПИТАЊЕ 3:

2. Делови који увек морају бити на стању(3. У оквиру Обрасца структуре)

*Захтевана ставка 3.1 је Case of 15-KIT (Sieve Can 4-pk) дакле велико паковање 15 x 4 = 60 комада укупно. Уколико Вам је неопходно 60 комплета онда је то укупно 60 x 60 = 3600 канистара. Да ли Вам је потребно 60 или ипак 6 комплета од 60 (у тоталу 360 канистара за 18 уређаја чији је сервис предмет тендера).

ОДГОВОР 3:

Наручилац мења конкурсну документацију код ставке 3.1.у табели "Елементи структуре цене" тако да уместо броја "60" треба да пише "6".

